

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА
ЕКГ АПАРАТ**

	Техничке карактеристике ЕКГ апарата		
1	Микропроцесорски 4-канални ЕКГ апарат са симултаном аквизицијом 12 одвода ЕКГ		
2	Интегрисан колор дисплеј мин. 4.2 инча		
3	Приказ на дисплеју : 12 кривих ЕКГ-а, срачана фреквенција (HR), стање батерије, брзина , филтрација сигнала, идентификациони број пацијента и др.		
4	Интегрисан термални штампач мин.80мм		
5	Интегрисана мембранска тастатура		
6	Снимање ЕКГ у аутоматском режиму мин. 10 секунди		
7	Визуална идентификација квалитета сигнала (код повезивања пацијента)		
8	Активан софтвер за мерење и интерпретацију ЕКГ (одрасли и деца)		
9	Брзина штампе: : 5, 12.5, 25, 50 mm/sec		
10	Учесталост дигиталног узорковања (digital sampling rate) min. 2000 sps		
11	Интегрисано мрежно и батеријско напајање са капацитетом батерије мин. 250 ЕКГ снимака или 5 сати континуалног мониторинга		
12	Апарат мора да има малу тежину за потребе транспорта : максимално 1,5 кг		
12	Апарат мора да поседује могућност надоградње: - Чување снимка у ПДВ формату - Екстерна меморија за 200 ЕКГ снимака (са картица) -могућност повезивања са кардиолошким дијагностичким софтвером , као и са кардиолошким информационаним системима		
13	Апарат се испоручује са стартним прибором за рад: - 10 жилни кабел - Пратеће вишкратне електроде (сукционе пумплице и глатл електроде) - 1ком - ЕКГ папир - 1ком – Електропроводљив крем или гел		

УКУПНА ЦЕНА: